Technisches Datenblatt

# PINK PEARL

## Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril

- Puderfrei
- Pink
- Chemikalienschutzhandschuh
- Latexfrei
- Unsteril
- Schutz vor Viren, Pilze und Bakterien

SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

CE 2777

AQL 1.5

LATEX

EN ISO 374-5:2016

Virus

EN ISO 374-1:2016 / Type C

**Material** 100% Synthetiklatex

**Prüfparameter**

| Prüfkriterien | Prüfstufe | AQL |
|---|---|---|
| Maße | S-2 | 4,0 |
| Physikalische Eigenschaften | S-2 | 4,0 |
| 1000-ml-Wasserdichtheitstest | G-1 | 1,5 |
| Sichtprüfung auf größere Fehler | G-1 | 2,5 |
| Sichtprüfung auf kleinere Fehler | G-1 | 4,0 |

**Maße**

| Art.-Nr.<br>Größe | 5801<br>XS = 5–6 | 5802<br>S = 6–7 | 5803<br>M = 7–8 | 5804<br>L = 8–9 |
|---|---|---|---|---|
| Breite | 76 ± 3 mm | 84 ± 3 mm | 94 ± 3 mm | 105 ± 3 mm |
| Länge | min. 240 mm | min. 240 mm | min. 240 mm | min. 240 mm |

**Materialstärke**

| Meßpunkte | Eine Lage (mm) |
|---|---|
| Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand) | 0.07 ± 0.02 |
| Handfläche (in der Mitte der Handfläche) | 0.07 ± 0.02 |
| Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers) | 0.10 ± 0.02 |

**Physikalische Eigenschaften**

| Parameter | Vor der Alterung | Nach der Alterung |
|---|---|---|
| Reißfestigkeit (N) | min. 6.0 | min. 6.0 |

**Chemikalienschutz**

**Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425**
Type-Examination (Modul B) & Modul C2
SATRA Technology Europe, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P. Ireland (Notified Body 2777)

| Prüfchemikalie | EN ISO 374-1:2016 Permeationslevel | EN374-4:2013 Degradation % |
|---|---|---|
| Natriumhydroxid 40% (K) | 6 | -78.9 |

**Puder** Ungepudert

**Proteingehalt** Keine Proteine enthalten

**Manschette** Umbördelt

**Design** Beidhändig

**Oberfläche** Angeraute Fingerspitzen

**Farbe** Pink

**Qualitätssicherung** PSA – EN 374 CAT III - TypC, EN 420; MPG – EN 455 Teil 1–4; EN ISO 13485:2012

**Verpackung** 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

**Hinweis** Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.

UNIGLOVES® Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH | Camp-Spich-Straße 71 | 53842 Troisdorf-Spich, Germany
Tel. +49(0)2241-9323-0 | Fax +49(0)2241-9323-298 | www.unigloves.de | unigloves@unigloves.de

Rev. 05-2019